

**TR – TERMO DE REFERÊNCIA (BENS COMUNS)**

**O QUE SERÁ CONTRATADO?**

* Lote	Item	Descrição	Unidade	Qntd.	**Valor Unitário Estimad	**Total
1		Teste Bowie-Dick é utilizado para verificar a eficiência da remoção de ar e a penetração de vapor em autoclaves do tipo pré-vácuo. É realizado diariamente, antes do primeiro ciclo, por meio de um pacote com indicador químico. Um resultado uniforme indica funcionamento adequado da autoclave, enquanto alterações na cor apontam falhas no processo de esterilização. Trata-se de um procedimento essencial para garantir a segurança e a qualidade na esterilização de materiais de saúde.	Unidade	261	R\$ 14,18	R\$ 3.702,70
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO**</b>						<b>R\$ 3.702,70</b>

**DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

<b>QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?</b>	A contratação tem como motivo principal a necessidade de garantir o controle da qualidade e a segurança dos processos de esterilização realizados por autoclaves nas unidades de saúde vinculadas ao órgão. O teste Bowie-Dick é indispensável para verificar a eficiência da remoção de ar e a adequada penetração do vapor nos ciclos de esterilização, sendo sua realização obrigatória diariamente, antes do início das atividades, conforme normas sanitárias vigentes. Destaca-se que a obrigatoriedade desse controle passou a ser exigida no presente exercício, o que torna imprescindível a aquisição contínua dos testes, a fim de assegurar a conformidade com as exigências legais e evitar riscos à saúde dos pacientes e profissionais. Além disso, a ausência da realização do teste pode comprometer a eficácia da esterilização dos materiais utilizados nos procedimentos assistenciais, aumentando o risco de infecções e inviabilizando o funcionamento adequado dos serviços de saúde. Dessa forma, a contratação visa atender à necessidade contínua das unidades de saúde, garantindo a segurança sanitária,
--------------------------------------	--

	a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento das normas técnicas e regulamentares aplicáveis.
<b>HÁ PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS)?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não A presente contratação não está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do órgão.  Ressalta-se, contudo, que a necessidade de aquisição dos testes Bowie-Dick decorre de demanda contínua e obrigatória para o adequado funcionamento das autoclaves utilizadas nos processos de esterilização de materiais, sendo indispensável para o cumprimento das normas sanitárias vigentes e para a garantia da segurança dos pacientes e profissionais de saúde. Destaca-se que a obrigatoriedade da realização do teste Bowie-Dick passou a ser exigida no presente exercício, o que justifica a ausência de previsão prévia no PCA, tendo em vista tratar-se de uma adequação recente às normativas sanitárias aplicáveis. Dessa forma, a não previsão no PCA justifica-se por tratar-se de demanda superveniente, decorrente de nova exigência normativa e necessidade operacional identificada no decorrer do exercício, tornando imprescindível a realização da contratação para assegurar a continuidade dos serviços essenciais de saúde. Assim, a contratação poderá ser devidamente justificada e autorizada, observando-se os procedimentos administrativos cabíveis para sua inclusão posterior no planejamento do órgão ou adequação do PCA, conforme a legislação vigente.
<b>FOI REALIZADO ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) PARA A CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim, o ETP segue em anexo com a documentação. <input checked="" type="checkbox"/> Não. A não realização do ETP não compromete a justificativa da contratação, tendo em vista a clareza da necessidade, a padronização do objeto e a urgência na adequação às normas sanitárias vigentes, assegurando a continuidade e a segurança dos serviços de saúde prestados.
<b>FOI REALIZADO MAPA DE RISCO PARA A CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim, o Mapa de Risco segue em conjunto com o ETP. <input checked="" type="checkbox"/> Não. Não foi elaborado Mapa de Riscos formal para a contratação, em razão da baixa complexidade do objeto e por se tratar de insumo padronizado e amplamente disponível no mercado. Os riscos são reduzidos e podem ser controlados por meio de gestão e fiscalização contratual adequadas, como acompanhamento de prazos e verificação da qualidade dos produtos fornecidos.
<b>NATUREZA E GARANTIA</b>	

<p><b>NATUREZA</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Comum. <input type="checkbox"/> Especial</p>
<p align="center"><b>PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANCA DO BEM</b></p>	
<p><b>HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sim <b>Justificativa:</b> Haverá exigência de prova de qualidade para a presente contratação.</p> <p>Os testes Bowie-Dick fornecidos deverão atender às normas técnicas e sanitárias vigentes, sendo exigido que os produtos possuam registro ou regularização junto aos órgãos competentes, além de certificações que comprovem sua eficácia e confiabilidade. A comprovação da qualidade poderá ser realizada por meio da apresentação de documentos técnicos, como laudos, certificados, ficha técnica do produto e informações do fabricante, bem como pela verificação no ato do recebimento, observando-se as condições de integridade, prazo de validade e conformidade com as especificações exigidas. Dessa forma, assegura-se que os insumos adquiridos sejam adequados ao uso, garantindo a efetividade dos testes e a segurança dos processos de esterilização.</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>
<p><b>O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não. Não será exigida amostra, por se tratar de insumo padronizado com qualidade comprovada por documentação técnica, sendo a conformidade verificada no recebimento.</p>
<p><b>HAVERÁ GARANTIA DO BEM?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sim. Haverá garantia do bem. Os testes Bowie-Dick deverão possuir garantia quanto à qualidade, integridade e funcionamento, respeitando as condições de armazenamento e o prazo de validade estabelecido pelo fabricante, assegurando sua eficácia durante todo o período de uso.</p> <p><input type="checkbox"/> Não.</p>
<p><b>HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. Não haverá necessidade de assistência técnica para a presente contratação. Trata-se de insumo de uso simples e descartável, não exigindo instalação, manutenção ou suporte técnico especializado.</p>

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
<b>FORMA DE CONTRATAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, X, da Lei Federal nº 14.133/21. <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, X, da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Pregão eletrônico.
<b>CRITÉRIO DE JULGAMENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Menor Preço <input type="checkbox"/> Maior desconto
<b>O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS</b>	<p>Comprovação de aptidão para fornecimento de materiais compatíveis com o objeto.</p> <p>Apresentação de registro ou regularização do produto junto aos órgãos competentes, conforme legislação sanitária vigente;</p> <p>Ficha técnica do produto, contendo especificações e características que comprovem sua adequação ao uso em autoclaves;</p> <p>Comprovação de que os testes Bowie-Dick atendem às normas técnicas aplicáveis;</p> <p>Declaração do fabricante ou do fornecedor quanto à qualidade, procedência e prazo de validade dos produtos.</p>
<b>HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim Especificar: Sim, há critérios de sustentabilidade aplicáveis à presente contratação. Os produtos deverão atender, sempre que possível, a requisitos que minimizem impactos ambientais, tais como: Utilização de materiais com menor potencial de danos ao meio ambiente: Embalagens adequadas, preferencialmente recicláveis ou com redução de volume; Atendimento às normas ambientais vigentes quanto à fabricação, transporte e descarte; Ausência de substâncias perigosas em níveis acima dos permitidos pela legislação.  Além disso, deverá ser observada a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados após o uso, conforme as normas sanitárias e ambientais aplicáveis.

	<p>Essas medidas visam alinhar a contratação às boas práticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>
<p><b>HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Sim</b> <b>Especificar:</b> Sim, a contratada deverá assumir alguns riscos inerentes à execução do objeto, tais como: Atrasos na entrega dos produtos;</p> <p>Fornecimento de itens fora das especificações técnicas exigidas;</p> <p>Entrega de produtos com prazo de validade inadequado ou próximos ao vencimento;</p> <p>Danos ou avarias durante o transporte;</p> <p>Eventual descontinuidade no fornecimento.</p> <p>Tais riscos deverão ser mitigados pela contratada por meio de adequado planejamento logístico, controle de qualidade e cumprimento das obrigações contratuais, estando sujeita às penalidades previstas em caso de descumprimento.</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>
<p><b>FORMA DE ENTREGA DO BEM</b></p>	
<p><b>COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?</b></p>	<p>O fornecimento dos testes Bowie-Dick deverá ser realizado em entrega única, no início da vigência do contrato, conforme cronograma definido pela Administração. A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado Municipal, em dias e horários previamente estabelecidos, mediante solicitação formal. Fica estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para a realização da entrega, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.</p> <p>Os produtos deverão ser entregues:</p> <p>Em embalagem original, lacrada e em perfeitas condições;</p> <p>Com prazo de validade suficiente para garantir sua utilização até o final do ano vigente, assegurando a conformidade e evitando perdas por vencimento;</p> <p>Acompanhados de nota fiscal e demais documentos exigidos;</p> <p>Em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital.</p> <p>A contratada será responsável pelo transporte, carga e descarga dos materiais, garantindo a integridade dos produtos até o recebimento definitivo.</p>

	O recebimento será realizado mediante conferência quantitativa e qualitativa, podendo haver recusa em caso de desconformidade.
<b>LOCAL E HORA DA ENTREGA</b>	A entrega dos testes Bowie-Dick deverá ser realizada no almoxarifado do órgão contratante, em local previamente indicado pela Administração. As entregas deverão ocorrer em dias úteis, dentro do horário de funcionamento do almoxarifado, preferencialmente em horário comercial, conforme definido na solicitação de fornecimento. O agendamento da entrega deverá ser previamente acordado com o setor responsável pelo almoxarifado, a fim de garantir o adequado recebimento, conferência e armazenamento dos materiais.
<b>PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE</b>	Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior ao estabelecido, garantindo assim a adequada utilização dos insumos durante todo o período previsto de consumo.
<b>PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO</b>	
<b>PRAZO DO CONTRATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega). <input type="checkbox"/> 12 meses. <input type="checkbox"/> Outro prazo. Especificar: 09 Meses
<b>HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Não.
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<p><b>Meio:</b> O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, mediante crédito em conta corrente indicada pela contratada.</p> <p><b>Onde?</b> O pagamento será realizado por meio de crédito em conta corrente de titularidade da contratada, em instituição financeira por ela indicada, conforme dados bancários informados no momento da contratação.</p> <p><b>Qual o prazo?</b> O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos e da apresentação da nota fiscal devidamente atestada.</p> <p><b>Prova de regularidade fiscal</b></p> <p>A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar pelos sistemas oficiais.</p>
<b>QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?</b>	Não será exigida garantia contratual para a presente contratação. A dispensa justifica-se em razão da baixa complexidade do objeto, do fornecimento parcelado e por se tratar de insumo padronizado,

	amplamente disponível no mercado, cujos riscos são considerados reduzidos.
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO</b>	02.09.02.10.301.0020.2055 Programa de Assistência Saúde da Família 3.3.90.30.00 Material De Consumo ficha 243 fontes 1.500.000.1002
<b>DESIGNAÇÃO DO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO</b>	<b>Gestora – Nome:</b> Gilliard Santos Arampo, matrícula: 3859-8 Cargo: Agente Administrativo <b>Fiscal – Nome:</b> Marcele Augusta Maia, matrícula 3814-2 Cargo: Emfermeira
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA DEMANDA</b>	
<p><b>Micaela Gabriela Rafaela de Melo Silva</b> 003956.2 /Agente Administrativo/Setor: Secretária Municipal De Saúde (37) 988323672, controle@cedrodoabaete.mg.gov.br</p>	
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA DEMANDA</b>	
<p><b>José Rosa Filho</b> Prefeito Municipal Matrícula nº 02693-1</p>	

Cedro do Abaeté, 06 de Abril de 2026



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EC1-44BD-864F-BE42

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ ROSA FILHO (CPF 853.XXX.XXX-44) em 09/04/2026 13:50:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MICAELA GABRIELA RAFAELA DE MELO SILVA (CPF 135.XXX.XXX-01) em 09/04/2026 13:52:05  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/1EC1-44BD-864F-BE42>